

Hjälpmiddel - rutiner för parameterinställningar vid covid-19

Fastställd av Mona Palmqvist, Ordförande Regionalt programområde Lung- och allergisjukdomar (HS 2020-00257) 2020-04-07, Utarbetad av Koncernstab hälso- och sjukvård

Rutinen gäller ett tillfälligt arbetssätt för hantering av andningshjälpmedel med parameterinställningar under pågående Covid-19 pandemi.

Syfte

Att minska smittspridning genom att möjliggöra avhjälpande, akut avhjälpande och förebyggande underhåll på andningshjälpmedel med parameterinställningar utan att patienten behöver kontakt med vårdgivaren/sjukhusen.

Bakgrund

Arbetssättet som beskrivs i rutinen har tidigare utarbetats av en arbetsgrupp och riskanalys har genomförts med vårdgivarrepresentanter. Beslutsprocess för bred implementering pågår.

Den tillfälliga rutinen för aktuella hjälpmedel minskar behovet för patienter att ta sig till vårdgivaren och därmed minskar risken för smitta. Arbetssättet kan även avlasta vårdgivarnas ansträngda situation under pågående Covid-19 pandemi då de inte alltid behöver involveras i hanteringen av parameterinställningar när inställningar går att kopiera.

Aktuella hjälpmedel

Rutinen gäller för andningshjälpmedel med parameterinställning inom följande ISO-koder:

ISO-kod	Benämning	Ev. kommentar
040312	Respiratorer (CPAP utrustning)	CPAP:er
040312	Respiratorer (Ventilatorer och bilevel)	Hemventilatorer och bilevelutrustningar
040318	Oxygenutrustningar	Oxygenkoncentratorer
040321	Slemsugar (slemsug och hostmaskin)	

Beskrivning av arbetssätt

Arbetssättet ger Hjälpmiddelscentralen rätt att kopiera inställningar från ett andningshjälpmedel till ett likadant andningshjälpmedel, om det är möjligt. Om det däremot inte är möjligt, exempelvis om parameterinställningar inte går att utläsa, krävs kontakt med vårdgivaren.

Vid behov av avhjälpande, akut avhjälpande och förebyggande underhåll ska Hjälpmiddelscentralen utföra något av följande alternativ:

- 1. Om inställningar i patientens nuvarande andningshjälpmedel går att utläsa**
 - a. Kopiera nuvarande inställningar till ett likadant andningshjälpmedel
 - b. lämna skriftlig information till patient om att åtgärd är utförd
 - c. Dokumentera inställningar i beställningssystem
- 2. Om inställningar inte går att utläsa från patientens nuvarande andningshjälpmedel:**
 - a. Kontakta behandlingsansvarig vårdgivare för att kommunicera ordinerade inställningar och ställ in likadant andningshjälpmedel
 - b. lämna skriftlig information till patient om att åtgärd är utförd
 - c. Dokumentera inställningar i beställningssystem

Ansvar

Verksamhetschef och vårdenhetschefer inom vårdgivarnas enheter samt verksamhetschef inom Hjälpmedelscentralen ansvarar för att rutinen är känd och följs av medarbetare.

Vårdgivarna ansvarar för att delge alla nödvändiga uppgifter kring parameterinställningar till Hjälpmedelscentralen vid kontakt.

Vårdgivarna ansvarar för att delge sina korrekta kontaktuppgifter till Hjälpmedelscentralen.

Hjälpmedelscentralen har som tidigare ansvar för teknisk dokumentation för hjälpmedlen.

Innehållsansvarig:

Fredrik Ahlvik, Regionutvecklare, Koncernstaben - Kunskapsstöd Läkemedel & Hjälpmedel