

Hjälpmedel som kräver inställning av parameterar eller dos av vårdgivare

Produktgrupp	Kräver inställning av förskrivande vårdgivare	Kräver inte förinställning av förskrivande vårdgivare
Oxygen	Ja, dosering av läkemedel	
Slemsugar (hostmaskin)	Ja	
Slemsugar		Nej, görs från gång till gång av handhavare
Respirator	Ja	
Nutritionspump		Nej, görs från gång till gång av handhavare
Infusionspump för Läkemedel och parenteral nutrition	Ja, programmering av protokoll genomförs av vårdgivare	
Inhalator		Nej, bara på eller av
Blodanalysmateriel	Ja, larmgränser skall ställas in av vårdgivare	
Perineusstimulator		Nej, patienten reglerar själv
Kompressionspump	Ja, ordination	
UVB		Nej
EP-larm	Ja, ordination	
Apnéalarm	Ja, ordination	

Framtagen av projektet för regional försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling 2017-04-26,
uppdaterad 2018-05-02 med infusionspumpar för läkemedel och parenteral nutrition