

P-Glukos, HemoCue DM RT Kontrollista Låg nivå

Anvisning Patientnära analysverksamhet

Inrättning:

Serienummer: Kontroll Lot nr:

År	Erhållet värde ± 0.8	Kontrollgränser										Kuvetter	Rengöring Markera med X	Sign
		(-)	0	(+)	Ange nytt lot nr									
Datum	mmol/L	1,2	0,8	0,4	0	0,4	0,8	1,2						