

Laboratoriemedicin

## LATHUND RÖRORDNING

1. Blododling
2. Koagulationsrör (ljusblå kork)
3. Serumrör, med eller utan gel och med eller utan koagulationsaktivator (röd eller guldgul kork)
4. Heparinrör (ljusgrön kork)
5. EDTA-rör (lila eller vit/pärlemor kork)
6. Glukosrör (rosa kork)
7. Övriga rör
  - Kolhydrathaltig infusionslösning (glukos, invertos med mera) – undvik provtagning för glukosanalys minst 1 timme efter avstängd infusion.
  - Lipidinfusion (fettemulsion) - all blodprovtagning bör undvikas upp till minst 8 timmar efter avslutad infusion.
  - I övrigt bör en infusion vara avstängd i minst 5 minuter innan blodprov kan tas.
  - Undvik provtagning ur PVK, CVK, SVP. Om nödvändigt ska slaskprov tas innan det går att ta blod för analys. Den mängd blod som dras som slask är beroende av den ineliggande venkateterns volym. Generellt kan sägas att man ska aspirera och kasta en volym som är minst 2 gånger venkateterns volym. Vid prov för koagulationsanalys krävs minst 5 mL slaskprov eller 6 gånger venkateterns volym.