

Gällande stopp av infusionsset Minimed Mio Advance i VGR

Vi har nu fått svar från Läkemedelsverket angående utredningen av Minimed Mio Advance.

Utredningen pekar på ett handhavandefel och vi kan därför åter distribuera detta infusionsset i regionen.

Se utdrag ur Läkemedelsverkets svar nedan:

”Läkemedelsverket har tagit del av tillverkarens utredning där denne konstaterar att orsaken till den av er rapporterade händelsen är felaktig användning. Den returnerade händelseprodukten har inte aktiverats korrekt vilket resulterade i att kanylen inte låstes fast i plattan.

Läkemedelsverket bedömer tillverkarens utredning som tillfredsställande och avskriver ärendet från vidare handläggning. Läkemedelsverket uppmuntrar också till fortsatt rapportering vid olycka/tillbud med en medicinteknisk produkt.

Vidare information om tillverkarens utredning kan begäras av tillverkaren eller dennes representant. Tillverkaren har informerats om att de förväntas informera er om resultatet av utredningen, om det inte redan har gjorts”

Vid frågor kontakta:

Ingela Sager
Produktkonsulent, Diabetes
Läkemedelsnära produkter
070 – 020 79 04
Ingela.sager@vgregion.se

Linda Lord
Vårdutvecklare, Diabetes
Läkemedelsnära produkter
070 – 082 21 99
Linda.lord@vgregion.se