

# Instruktörs-Brevet

**Aktuell information från  
Laborarieinstruktörerna, NU-sjukvården**



## InstruktörsBrevet februari 2018 - primärvård

Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laborarieombuden inom Närhälsan

### Studiedagar 2018

Ni glömmer väl inte att anmäla till Studiedagarna 8 och 22 mars? Skulle det bli någon dag försent och anmälan i Regionkalendern är stängd, så ring Pernilla 010-435 27 13. Programmet bifogas med detta brev.

### P-PSA

Obs! Plasma är hållbart 24 timmar i kyl. Plasma som inte analyseras inom 24 timmar skall frysas i -20 grader.

### U-Albumin/Kreatinin kvot

Då Klinisk Kemi tar ut en högre kostnad för U-Albumin än tidigare, har vissa vårdcentraler flaggat för att de kommer att återgå till att själva analysera A/K kvot på DCA-Vantage. Kom ihåg att gå med i Equalis programmet igen för denna analys, och uppdatera er vad det gäller metodbeskrivning och kontroller. Detta gäller också för HbA1c.

### Lab-etiketter

Om etiketternas (som sätts på provrören) tryck är väldigt svagt kan inte våra instrument läsa av streckkoden, och vi måste skriva ut nya etiketter och märka om rören. Ni kan felsöka på två sätt:

- Byt rulle i etikettskrivaren, det har visats sig vara fel på vissa rullar.
- Pröva att göra ren etikettskrivaren. Det finns speciella rengörings servetter/kort, har ni inga kan vi tillhandahålla några.

Laborieriemedicin vill inte ha några provrör med svag text, så kvarstår felet trots byte av etiketter, rengöring etc. så får ni undersöka om etikettskrivaren måste bytas ut/lagas.

### Uppdaterade blanketter

Beställningsblankett Klinisk kemi NU-sjukvården ny version 17- 45 och Provhanteringsanvisning till beställningsblankett Laborieriemedicin, NU-sjukvården. Ny version 5113-4

### Hälsningar instruktörerna

Pernilla Jörgensen  
010 – 435 27 13

Elisabeth Galle Österdahl  
010 – 435 27 06

Darinka B Andersson  
010 – 435 30 34

Birgitta Olofsson  
010 – 435 27 26