


Produkter stoppas i VGR

Produkter nedan stoppas då vi upptäckt att nål kan lossna från plattan som fästs på kroppen, se bild.

Patienter kommer informeras via brev, men vi är tacksamma om ni kan leta upp de patienter som fått dessa infusionsset utskrivet på er mottagning för åtgärd.

Artikelbenämning	Sesam Art.nr
Infusionsset Luer Minimed Mio Advance mjuk 90° 6/60	35481
Infusionsset Paradigm Mio Advance mjuk 90° 6/60 Transparent	35399



Vid frågor kontakta:

Ingela Sager
Produktkonsulent, Diabetes
Läkemedelsnära produkter
070 – 020 79 04
Ingela.sager@vgregion.se