

Enhet: Objektförvaltning AsynjaVisph

Västra Götalandsregionen

2019-07-30

# Inaktiva analyser/profiler/undersökningar i gamla beställningar

## Bakgrund


Funktionen ”Uppdatering av gamla analyser/profiler/undersökningar” på en lagd beställning fungerar inte korrekt i AsynjaVisph och kräver en åtgärd av verksamhet i väntan på en rättning från leverantören. Inaktiva analyser/profiler/undersökningar måste **manuellt** bytas ut till den motsvarande analyser/profiler/undersökning.

Provtar man en beställning med en inaktiv analys/profil/undersökning kan filen inte läsas in på sjukhuslab på rätt sätt utan måste manuellt hanteras. Vilket försvårar arbetet med risk om att hela beställningen försvinner eller inte återfinns alls.

Man får alltid upp en meddelande ruta eller informationsruta när en gammal beställning innehåller inaktiva analyser/profiler/undersökning vid komplettering av beställningar i Multidisciplinära beställningar eller vid provtagning i LabCenter.

## Beställning i Journal Multidisciplinära beställningar

Vid komplettering av en gammal beställning under multidisciplinära beställningar kommer meddelanderuta upp (se nedan) När denna meddelande ruta kommer upp, kommer den inaktiva analysen/profilen/undersökningen automatiskt försvinna från beställningen. Komplettera beställningen med motsvarande analys/profil/undersökning.



## LabCenter

Viktigt när informationsruta om inaktiva analyser/profiler/undersökning visas måste analyserna/profiler/undersökningen tas bort alternativt bytas ut till motsvarande analys/profil/undersökning innan provtagningen utförs - **rekommendation är att öppna beställningen i Journal Multidisciplinära beställningar och ta bort/byta ut analysen. Provta därefter i LabCenter som vanligt.**

