

AsynjaVisph


Inaktiva analyser, profiler och undersökningar i gamla beställningar

Funktionen ”Uppdatering av gamla profiler/undersökningar” på en lagd beställning fungerar inte korrekt i AsynjaVisph och kräver en åtgärd av verksamhet i väntan på en rättning från leverantören. Inaktiva profiler/undersökningar måste **manuellt** bytas ut till den motsvarande profiler/undersökning. Provtar man en beställning med en inaktiv profil/undersökning kan filen inte läsas in på sjukhuslab på rätt sätt utan måste manuellt hanteras. Vilket försvårar arbetet med risk om att hela beställningen försvinner eller inte återfinns alls.

”Uppdatering av gamla analyser” på en lagd beställning, får man alltid upp en meddelande ruta eller informationsruta, när en gammal beställning innehåller inaktiva analyser vid komplettering av Multidisciplinära beställningar eller vid provtagning i LabCenter

Vid komplettering av en gammal beställning i AsynjaVisph

Vid komplettering av en gammal beställning under multidisciplinära beställningar kommer meddelanderuta upp (se nedan) När denna meddelande ruta kommer upp, kommer den inaktiva analysen automatiskt försvinna från beställningen. Komplettera beställningen med motsvarande analys.



LabCenter

Viktigt när informationsruta om inaktiva analyser visas måste analysen tas bort alternativt bytas ut till motsvarande analys innan provtagningen utförs - **rekommendation är att öppna beställningen i Journal Multidisciplinära beställningar och ta bort/byta ut analysen. Provtä därefter i LabCenter som vanligt.**

