

Instruktörs-Brevet

**Aktuell information från
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården**



InstruktörsBrevet maj 2019 - primärvård

Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan

Avhållningsrör/frysrör

När ni beställer avhållningsrör/frysrör från oss så är det ett nytt rör som gäller. Det är lite längre med konisk botten.

EQUALIS urintestremsa och U-hCG

Denna Equalis kontroll kommer bara två gånger om året. Den låg i stort sett bra hos de flesta användare och ingen förväxling hade skett mellan prov A och B. Bra!

Men U-hCG på prov B innehöll 38 IE/l och vår NADAL-sticka ska påvisa 25 IE/l, så den borde bli positiv för alla användare. En del har dock fått negativt resultat. Tänk på att blanda kontrollen mycket noga, använd klocka vid analysen och även om det blir ett svagt streck så är det ändå positivt svar som skall anges. Gör ni graviditetstest på er vårdcentral så är det viktigt att göra Equalis kontroll även på den. Kontakta Equalis om den inte ligger med på er urin-kontroll.

Inför sommaren

Tänk på att packa transportlådan rätt. Ingen extra kylklamp behövs, men se till att den är "fräsch" den ni använder. Packa odlingarna närmast kylklampen. Visa era semestervikarier. För de privata vårdcentralerna – en liten extra koll så ni skickar rätt saker till rätt laboratorium, så ni inte skickar Unilabs prover/remisser till oss, och tvärt om.

Detta är sista Instrukörsbrevet före sommaren, vi återkommer i september igen. Ha en riktigt skön sommar och en välbehövlig semester.



Pernilla Jörgensen
010 – 435 27 13

Birgitta Olofsson
010 – 435 27 26

Darinka B Andersson
010 – 435 30 34