



Återkallande av Infusionsset

Medtronic återkallar vissa partier av infusionsset som används med insulinpumpar från Medtronic.

Alla kliniker kommer få information angående vilka infusionsset det gäller via ett utskick från Medtronic.

Patienter som fått dessa produkter i VGR kommer få ett brev med information, där det beskrivs hur patienten skall gå till väga för att ta reda på om de har produkter som skall återkallas. De kommer även få nya infusionsset kostnadsfritt via Medtronic.

Se länkar nedan:

[Återkallande av specifika partier av Medtronic MiniMed infusionsset](#)

[VIKTIGA STEG vid byte av Medtronic infusionsset och påfyllning av slang](#)

[Medtronic MiniMed infusionsset - Risk för tillförsel av för mycket insulin](#)

Vid frågor kontakta:

Ingela Sager
Produktkonsulent Diabetes
Läkemedelsnära Produkter
0700-207904
Ingela.sager@vgregion.se